# Konstanzprüfung des Bilddokumentationssytems nach DIN V 6868 Teil 12 Jahr:

Institut

Stempel

Standort

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuansatz in der Maschine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entwickler Regenerat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fixier Regenerat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ 1. Halbjahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ☐ 2. Halbjahr | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

**Bilddokumentationssystem (BDS)**

Hersteller: _____

Typ: _____

Standort: _____

Einstellwerte: _____

Testbild: _____

☐ gesendet ☐ intern

Lut: _____

Contrast: _____

Density: _____

Prüffilm: _____

Hersteller: _____

Entwicklungsmaschine

Hersteller: _____

Typ: _____

Durchlaufzeit: _____

Entwickler-Typ: _____

Fixier-Typ:

Temperatur °C

**D 1** Stufe

obere Grenze

untere Grenze

**D 2** Stufe

obere Grenze

untere Grenze

**D 3** Stufe

obere Grenze

untere Grenze

+1,0

-1,0

+0,10

-0,10

+0,20

+0,10

-0,10

-0,20

+0,25

+0,20

+0,10

-0,10

-0,20

-0,25

Bemerkungen: Die Abnahme des BDS wurde durchgeführt am _____