Konstanzprüfung bei Filmverarbeitung nach DIN 6868- Teil 2

Jahr: _____ Monat: _____

Institut	Standort	Maschine:
Stempel		Entwickler:
		Fixierbad:
		Filmtyp:

Sensitometer Typ:_____ Nr.: _____

Densitometer Typ:_____ Nr.: _____

Neuansatz																															
Entw. Reg.																															
Fix. Reg.																															
Wartung																															
Reparatur																															
Bemerkung																															
Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Temperatur

Ausgangswert ____ ° C

+1,0

-1,0

A

Minimaldichte
(Schleier+ Unterlage)

Ausgangswert ____

0,30

0,20

0,10

B

Empfindlichkeitsindex

Ausgangswert

Stufe ____ opt. Dichte ____

obere Grenze

+0,20

+0,10

-0,10

untere Grenze

-0,20

C

Kontrastindex

Ausgangswert

der Stufe Nr.:
minus Stufe Nr.:

Stufe ____ opt. Dichte ____

obere Grenze

+0,20

+0,10

-0,10

untere Grenze

-0,20