

Konstanzprüfung DL bei Aufnahmebetrieb (DIN 6868 Teil 4 : 2007-10)

Für die Zeit vom:

bis:

Betreiber:
.....
.....

RÖNTGEN - / ANWENDUNGSGERÄT : Ser.-Nr.
Raum : **ÄSR- Nr.:**
Abnahmeprüfung durch (Fa.): am:
Sachverständigenprüfung durch: am:

PRÜFBEDINGUNGEN:

- Prüfkörper (PK) Typ/Nr.: Ser.-Nr.
- Dosimeter Typ/Nr.: Ser.-Nr.
- Hilfsmittel:
- Bewertung Kontrastfelder:

ANWENDUNGSGERÄT , Einstellwerte:

- Abstand Fokus - BV/FD:
- Abstand Fokus – Prüfkörper:
- Streustrahlenraster:
- Orientierung der Röhre
- Orientierung Prüfkörper
- Besonderheiten
- Zusatzfilter:

GENERATOR , Einstellwerte :

A - BV-Durchmesser (cm) kV:
- Programm / Bilder mA:
- Messzeit für Dosis (s) Modus / Serie

B - BV-Durchmesser (cm) kV:
- Programm / Bilder mA:
- Messzeit für Dosis (s) Modus / Serie

C - BV-Durchmesser (cm) kV:
- Programm / Bilder mA:
- Messzeit für Dosis (s) Modus / Serie